



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:
NZ/220/107/W1/2014**

**Data:
05.12.2014 r.**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/107/2014 na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych i jałowych, jednorazowych zapakowanych zestawów materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Pyt. 1

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

Odp.: Ilość realizowanego przedmiotu zamówienia uzależniona jest od aktualnych potrzeb Zamawiającego.

Pyt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni?

Odp.: Tak, w związku z powyższym zmianie ulega zapis w § 2 ust. 6 projektu umowy na „Zapłata za dostarczone wyroby nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania partii towaru i faktury. Faktura lub załącznik do faktury musi zawierać numer umowy przetargowej i zamówienia, którego dotyczy. Przez datę zapłaty należy rozumieć dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.”

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 5 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pyt. 3

Dotyczy § 3 (Zadania nr 1) Wzoru Umowy:

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru Umowy w § 3 dodatkowych zapisów dotyczących depozytu soczewek:

1. „Zamawiający zobowiązuje się po upływie obowiązywania umowy zwrócić Wykonawcy niewykorzystane materiały i soczewki w stanie nienaruszonym”.
2. „W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że materiały przechowywane są nieprawidłowo Wykonawcy przysługuje prawo do natychmiastowego ich odbioru i wystawienia Zamawiającemu faktury na uszkodzony asortyment.”
3. „Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonych materiałów począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.”
4. „Wykonawcy przysługuje prawo do kontroli depozytu oraz warunków jego przechowywania.”



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelną
Pielęgniarką
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno
Administracyjnych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015

5. „Dwa razy w roku Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie ustalony z Zamawiającym na co najmniej 2 tygodnie przed datą jej przeprowadzenia.”
6. „Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub uszkodzony asortyment.”
7. „Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów zaproponowanych w pkt. 1, 2 (bez sformułowania na końcu zdania „...i wystawienia Zamawiającemu faktury na uszkodzony asortyment”, 4, 5 (oraz dodanie na początku zdania po słowie „Wykonawca” wyrażenia „ma prawo”), 6 i 7. W związku z powyższym zmianie ulega zapis § 3 poprzez dodanie za ust. 16 powyższych zapisów i otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę na dostawę wyrobów medycznych, zobowiązany jest przekazać w ramach depozytu na Blok Operacyjny Oddziału Okulistyki Zamawiającego – w terminie 7 dni roboczych od momentu złożenia pierwszego zamówienia na wyroby objęte umową – zestawy określone w Załączniku nr 3 niniejszej umowy (stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ) na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
2. Zestawy wchodzące w skład depozytu będą na bieżąco uzupełniane przez Zamawiającego, tak aby istniała stała możliwość wykorzystania go w pełnym zakresie sprzętowym i dostarczane bezpośrednio na Blok Operacyjny Oddziału Okulistyki Zamawiającego.
3. Dokument dostarczenia depozytu (protokół) zostanie dostarczony wraz z depozytem na Blok Operacyjny Oddziału Okulistyki Zamawiającego, natomiast faktura za zużyty depozyt zostanie przekazana do Kancelarii Zamawiającego - budynek przy ul. Broniewskiego 2.
4. Uzupełnienie depozytu będzie następowało w uzgodnionych uprzednio terminach.
5. Wykonawca zachowuje prawo własności zestawów wchodzących w skład depozytu do czasu ich pobrania z depozytu.
6. Zestawy wchodzące w skład depozytu zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie 7 dni od daty zakończenia umowy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego lub kupione przez Zamawiającego.
7. Koszt dostawy i odbioru zestawów wchodzących w skład depozytu ponosi Wykonawca.
8. Zamawiający zobowiązany jest używać zestawy wchodzące w skład depozytu w swojej siedzibie, zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.
9. Zamawiający nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian czy przeróbek zestawów wchodzących w skład depozytu.
10. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania soczewek we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
11. W trosce o należyłą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie używał powierzone soczewki począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
12. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których materiały są przechowywane.
13. Raz w roku kalendarzowym w uzgodnionym uprzednio terminie, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt.
14. Zamawiającemu nie wolno oddawać dostarczonych zestawów wchodzące w skład depozytu osobom trzecim, ani przelewać swoich praw wynikających z umowy na osoby trzecie.
15. Koszty ubezpieczenia dostarczonych zestawów wchodzących w skład depozytu (do chwili pobrania z depozytu) ponosi Wykonawca przez cały czas trwania umowy.
16. W przypadku zestawu wadliwego Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy, na swój koszt zgodnie z § 4 ust. 3.
17. Zamawiający zobowiązuje się po upływie obowiązywania umowy zwrócić Wykonawcy niewykorzystane materiały i soczewki w stanie nienaruszonym.
18. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że materiały przechowywane są nieprawidłowo Wykonawcy przysługuje prawo do natychmiastowego ich odbioru.
19. Wykonawcy przysługuje prawo do kontroli depozytu oraz warunków jego przechowywania.
20. Dwa razy w roku Wykonawca ma prawo przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie ustalony z Zamawiającym na co najmniej 2 tygodnie przed datą jej przeprowadzenia.

21. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub uszkodzony asortyment.
22. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego."

Powyższe zmiany zostały naniesione w Załączniku nr 5 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pyt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 4, pkt. 1, 2,3,4 Wzoru Umowy:

1. „Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości **50 zł za każdy dzień/godzinę*** zwłoki”?.
2. „... Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru powiększoną **o 10%**, ale nie niższą niż 200 zł...”?
3. „ ... Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości **50 zł za każdy dzień/godzinę*** zwłoki ...”?
4. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 1) – 9) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,1 % całej wartości umowy**?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 5

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 pozycji nr 1 dopuści soczewkę o zakresie mocy +5,0 D do +30,0 D (co ½ dioptrii od +15,0 D do 25,0 D), angulacji 5°, bez dodatku sferycznego -0,165 mkm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie.

Pyt. 6

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 pozycji nr 2 dopuści soczewkę hydrofilną z powłoką hydrofobową , o zakresie mocy -5,0 D do +30,0 D (co ½ dioptrii od +7,0 D do +25,0D), angulacji 5°, pakowaną wraz z jednorazowym systemem implantacyjnym przez cięcie 2,6 mm?

Odp.: Nie.

Pyt. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 1 pozycji nr 1 do oddzielnego pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odp.: Nie.

ZESTAW 2

Pytanie 1, dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym zadaniu zestawów do operacji zaćmy z nożem Slit-Clear o średnicy **2,6 mm** (zamiast **2,8 mm**) ?

Odp.: Nie.

Pytanie 2, dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym zadaniu zestawów do operacji zaćmy ze strzykawką **3 ml** – 2 szt. (zamiast strzykawki **2 ml** -2 szt) ?

Odp.: Nie.

Pytanie 3, dotyczy zadania nr 2

Upzejmie prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga rękawiczek 1x7,5 w zestawie do operacji zaćmy?

Odp.: Nie.

Pytanie 4, dotyczy zadania nr 2

Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga sączka o długości 20 cm-1 szt w zestawie do operacji zaćmy ?

Odp.: Tak.

Pytanie 5, dot. § 1 ust. 2 projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg propozycji poniżej:

„Dostawy wyrobów następować będą do magazynu Medycznego w czasie godzin pracy od **07:30 do 15:30** w dni robocze na każdorazowe zamówienie szczegółowe Zamawiającego złożone faksem zgodnie z aktualnymi potrzebami Szpitala. Realizacja zamówień następować będzie w terminie 5 kolejnych dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru zamówienia /faksu/”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6, dot. § 1 ust. 6 projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg propozycji poniżej:

„Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia ilości wyrobów w zadaniu w ramach zawartej umowy, **przy czym zmniejszenie nie przekroczy 20% wartości przedmiotu umowy brutto.**” – w zależności od bieżących potrzeb Szpitala oraz wielkości kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innymi płatnikami usług, a także w sytuacji, kiedy Zamawiający z przyczyn, których nie można było przewidzieć, mógłby nie wykorzystać jego do końca terminu ważności lub mógłby ponieść straty w konsekwencji jego stosowania.

Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany w 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a Wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7, dot. § 2 ust. 6 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu płatności z 60 do **30 dni** od daty otrzymania partii towaru i faktury.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 2 z ZESTAWU 1 zmiana ulega zapis w § 2 ust. 6 projektu umowy na „Zapłata za dostarczone wyroby nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania partii towaru i faktury. Faktura lub załącznik do faktury musi zawierać numer umowy przetargowej i zamówienia, którego dotyczy. Przez datę zapłaty należy rozumieć dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.”

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 5 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie 8, dot. § 2 ust. 6 projektu umowy:

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu zamieszczania na fakturze lub załączniku do faktury numeru umowy przetargowej i zamówienia, ponieważ Wykonawca nie dysponuje systemem informatycznym umożliwiającym przygotowywanie faktur i innych dokumentów sprzedażowych uwzględniających w/w oznaczenia.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym zmiana ulega zapis w § 2 ust. 6 projektu umowy na „Zapłata za dostarczone wyroby nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania partii towaru i faktury. Przez datę zapłaty należy rozumieć dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.”

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 5 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie 9, dot. § 4 ust. 1 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg propozycji poniżej:

„Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości **50 zł za każdy dzień zwłoki a w przypadku zamówień „na cito” 50 zł za każde 2 godziny zwłoki.** Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 100 zł”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10, dot. § 5 ust. 2 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu jak poniżej:

*„(...) Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprawdzenia towaru do Zamawiającego(przesyłka, transport)oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu **na podstawie pisemnej noty obciążeniowej z dołączonym dowodem zakupu interwencyjnego** karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru powiększoną o **10%**, ale nie niższą niż 200 zł”.*

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym zmienia zapis § 4 ust. 2 projektu umowy na „W przypadku upłynięcia 5 dniowego roboczego lub 72 - godzinnego roboczego (zamówienie „cito”) terminu na realizację dostawy lub w przypadku określonym w § 1 pkt. 9 Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprawdzenia towaru do Zamawiającego(przesyłka, transport)oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na podstawie pisemnej noty obciążeniowej z dołączonym dowodem zakupu interwencyjnego karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru powiększoną o 10%, ale nie niższą niż 200 zł.

Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zamówieniu interwencyjnym w dniu jego złożenia (za pośrednictwem faksu). Przekazanie powyższej informacji jest równoznaczne z wycofaniem wcześniej złożonego i niezrealizowanego zamówienia Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje (za pośrednictwem faksu) Zamawiającego o spodziewanej zwłóce w dostawie i dostarczy ją po złożeniu przez Zamawiającego powiadomienia o zakupie interwencyjnym, to przedmiot opóźnionej dostawy pozostaje do dyspozycji Wykonawcy w magazynie Zamawiającego.”

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 5 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie 11, dot. § 5 ust. 3 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu jak poniżej:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 5 dni,
- wad jakościowych – w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia **i przesłania na koszt Wykonawcy reklamowanego towaru**

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej do 50 zł za każdy dzień zwłoki a w przypadku zamówień „na cito” do 50 zł za każde 2 godziny zwłoki.

Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji jakościowej, z uwagi na to, że rozpatrzenie może odbyć się wyłącznie po dokonaniu oględzin reklamowanego towaru. Wykonawca/ Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, powinien mieć możliwość dokonania oględzin reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych, przed dokonaniem wymiany.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12, dot. § 6 ust. 2, pkt 1 projektu umowy:

Uprzejmie prosimy o usunięcie następujących zapisów z w/w paragrafu, gdyż stanowią one nadmierne obciążenie Wykonawcy, jeszcze przed ustaleniem przez Urząd Rejestracji, jaka jest faktyczna przyczyna wystąpienia incydentu medycznego:

„W przypadku, kiedy przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne współpracujące (zależne) ze sprzętem, którego użycie doprowadziło do incydentu medycznego, Zamawiający ma prawo domagać się zwrotu wartości także i tego sprzętu (kompatybilność ze zgłoszonym) o ile pochodzi od tego samego Wykonawcy.

W przypadku rozwiązania umowy w związku ze zgłoszeniem incydentu medycznego Zamawiający może dokonać zwrotu Wykonawcy niewykorzystanego, w tym także wcześniej zakupionego i dostarczonego w ramach tej samej umowy, wyrobu medycznego. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku zwrócić Zamawiającemu równowartość zakupu według cen brutto określonych w umowie. Zamawiający ma prawo, o ile uzna to za konieczne zabezpieczyć u siebie wyrób medyczny jako dowód świadczący o związku przyczynowym pomiędzy wyrobem medycznym a incydentem medycznym”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 3

1. Czy w Pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści „zewnątrzny” tzn. nie pakowany w jednym opakowaniu razem z soczewką system implantacyjny: jednorazowy kartridż + jednorazowy injector – jako komplet do każdej szewki ?

Odp.: Tak.

Ponadto w oparciu o w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia, na niżej podane:

- termin składania ofert – z 08.12.2014 r. godz. 08:00 na 10.12.2014 r. o godzinie 11:00

- otwarcie ofert – z 08.12.2014 r. godz. 08:30 na 10.12.2014 r. o godzinie 11:30.

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w rozdziale XI SIWZ w pkt. 5 i 6 otrzymując brzmienie:

„5. Termin składania ofert:

1) Oferty należy składać **do dnia 10.12.2014 r. do godz. 11:00.**

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2014 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 15 w budynku przy ul. Broniewskiego 2.”

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
dr n. med. Mariusz Pietrzak