



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:
NZ/220/83/W1/2015

Data: 06.10.2015 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/83/2015 pn. Dostawa aparatu echokardiograficznego 2 szt., ultrasonografu kardiologicznego 1 szt., aparatu echokardiograficznego z głowicą przezprzełykową oraz z głowicą 3D 1 szt., aparatu echokardiograficznego z głowicą przezprzełykową 1 szt. wraz z uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników w zakresie obsługi aparatów w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Szczecinie”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

1. Dotyczy rozdziału V pkt. 1b:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wykonawcę, który w okresie ostatnich 3 lat zrealizował zamówienie na dostawę echokardiografów za kwotę ponad 1.100.000,00 zł brutto?

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany zapisów:

➤ **w rozdziale V SIWZ pkt. 1 b) nadając nowe brzmienie:**

„Opis warunku: **Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie podobnej do objętej przedmiotem zamówienia.**

Za dostawę podobną zamawiający uzna dostawę echokardiografów lub ultrasonografów o wartości co najmniej 1 100 000,00 zł brutto.”

➤ **w załączniku nr 7 do SIWZ – wykazie zamówień w zakresie opisu warunku, nadając nowe brzmienie:**

„Opis warunku: **Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie podobnej do objętej przedmiotem zamówienia.**



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



Za dostawę podobną zamawiający uzna dostawę echokardiografów lub ultrasonografów o wartości co najmniej 1 100 000,00 zł brutto.

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 7 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

2. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. I.6; pkt. III.10:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu echokardiograf o zakresie stosowanych częstotliwości 1,5 -12,0 MHz?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. I.19; pkt. II.22; pkt. III.15; pkt. IV.11; pkt. V.11:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparaty, które nie posiadają suwaków do regulacji wzmocnienia poprzecznego LGC?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. I.38a; pkt. I.59a; pkt. III.67; pkt. V.48a:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparaty z głowicami przezprzełykowymi 3D o zakresie częstotliwości 3,0-8,0 MHz, zwłaszcza że w aparacie nr IV Zamawiający uznał za wystarczający zakres 3,5-6,5 MHz (pkt. IV.62a)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

5. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. I.38f; pkt. I.59e; pkt. III.68; pkt. IV.62e; pkt. V.48f:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparaty, w których oferowane głowice przezprzełykowe 3D są kompatybilne z aparatami I, III, IV i V?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

6. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. I.38f:

Czy zapis: „ Głowica kompatybilna z echokardiografami opisanymi w Pozycjach nr II, III, IV, V” oznacza, że głowicę można podłączyć do dowolnego z dostarczonych aparatów i będzie ona normalnie pracowała, czy też do jej poprawnego działania może być konieczny zakup dodatkowej opcji?

Odp.: Powyższy zapis oznacza to, że głowica będzie normalnie pracowała.

7. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. I.39a; pkt. III.39; pkt. V.49a

Czy Zamawiający dopuści do przetargu głowicę sektorową do badań przezklatkowych o zakresie częstotliwości 1,5 – 4,6 MHz, zwłaszcza że w aparacie nr IV Zamawiający uznał za wystarczający zakres 2,0-3,5 MHz (pkt. IV.64a)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

8. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. I.39c; pkt. III.42; pkt. IV.64c; pkt. V.49c:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparaty, w których głowica sektorowa transtorakalna jest wymienna pomiędzy aparatami nr I, III, IV i V?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

9. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. I.39e, g, h; pkt. III.65, pkt. III.66; pkt. IV.65c, d; pkt. V.65g, i, j:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu głowicę liniową naczyniową o zakresie częstotliwości pracy 2,4 – 10,0 MHz, długości płaszczyzny skanowania 44 mm i wymienną pomiędzy aparatami I, III, IV i V, ale za to posiadającą 192 kryształy – zwłaszcza, że w aparacie nr IV wymagany zakres częstotliwości wynosi 3,0-9,0 MHz (pkt. IV.65a)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

10. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. I.59f:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat nie posiadający możliwości rozbudowy o głowicę liniową śródoperacyjną?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

11. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. I.70; pkt. II.65; pkt. III.85; pkt. IV.96; pkt. V.67j; pkt. V.77:

Czy Zamawiający posiada wolne licencje na podłączenie oferowanych urządzeń do sieci PACS, czy też ich zakup leży po stronie wykonawcy? Czy Zamawiający posiada i udostępni ofertę firmy PIXEL na wykonanie prac integracyjnych?

Odp.: Zamawiający posiada wolne licencje, które udostępni.

12. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. II.3:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu lekki, mobilny aparat nie posiadający możliwości oddzielenia od wózka i pracy w trybie przenośnym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

13. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. II.5:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu lekki, mobilny aparat nie posiadający możliwości pracy bateryjnej, ale za to posiadający możliwość odłączenia od sieci zasilającej na czas przejazdu do łóżka pacjenta i szybki start (poniżej 7 sekund) po ponownym podłączeniu do sieci?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

14. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. II.8:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat przenośny, który posiada jedno gniazdo do podłączenia głowic, ale głowice podłącza i odłącza się od aparatu bez konieczności jego wyłączenia?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

15. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. II.16:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, który w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania posiada 4 kąty ugięcia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

16. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. II.21:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, który posiada 6 suwaków wzmocnienia głębokościowego TGC, ale wszystkie one są aktywne przy każdej głębokości obrazowania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

17. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. II.33, pkt. III.31; pkt. IV.44; pkt. V.35:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparaty, w których zakres regulacji bramki pw-doppler wynosi 1-16 mm, mając na względzie, że w aparacie nr I Zamawiający uznał za wystarczający zakres 1-15 mm (pkt. I.27)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

18. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. II.37a:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z głowicą sektorową o zakresie częstotliwości 1,5 – 3,6 MHz?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

19. Dotyczy załącznika nr 1 pkt. II.37b:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z głowicą sektorową posiadającą 64 kryształy, ale wykonaną w technologii Single Cristal (Pure Cristal)?



Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

20. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. II.37c, pkt. II.38d

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, którego głowice nie są kompatybilne z aparatami I, III, IV, V?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

21. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. III.3:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z monitorem LCD 19”?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

22. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. III.34; pkt. IV.48; pkt. V.39:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparaty, w których maksymalna mierzona prędkość cw-dopplera przy zerowym kącie wynosi 12,9 m/s?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

23. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. III.46; pkt. III.47:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu głowicę convex o polu widzenia 65°, kompatybilną z aparatem nr 1?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

24. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. III.70; pkt. IV.74, pkt. V.67e:

Czy Zamawiający dopuści w tych punktach oprogramowanie do zautomatyzowanego pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej, śledzenia ruchu pierścienia zastawki mitralnej w czasie oraz wyliczania krzywych przemieszczenia zastawki w czasie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

25. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. III.72, pkt. III.73:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez możliwości rozbudowy o obrazowanie kontrastowe z niskim indeksem MI?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

26. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. IV.5; pkt. V.5:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparaty wyposażone w dotykowy ekran LCD o przekątnej 10,4 cala?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

27. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. IV.6, pkt. V.6:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, który nie posiada możliwości duplikowania obrazu na ekranie dotykowym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

28. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. IV.8; pkt. V.8; pkt. III.2:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparaty, które posiadają ponad 4.000.000 cyfrowych kanałów przetwarzania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

29. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. IV.20; pkt. V.20, pkt. III.11:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparaty, które nie posiadają wbudowanego akumulatora umożliwiającego uśpienie systemu na 40 minut?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z zewnętrznym UPS-em o wymaganych parametrach.



30. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. IV.34; pkt. V.25:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparaty, których częstotliwość odświeżania obrazu wynosi 750 fps?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

31. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. IV.37; pkt. V.28:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparaty, w których automatyczna optymalizacja wzmocnienia TGC może odbywać tylko w sposób ciągły lub optymalizuje się ją ręcznie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

32. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. IV.59; pkt. V.45:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparaty, w których głowice 3D przezklatkowa i przezprzełykowa obrazują w sektorze 90° x 90° ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

33. Dotyczy załącznika nr 1 pkt. IV.63a; pkt. V.65a:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparaty, w których głowica sektorowa 3D pracuje w zakresie częstotliwości 1,5 – 4,0 MHz?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

34. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. IV.63b; pkt. V.65b:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparaty wyposażone w głowicę sektorową 3D posiadającą ponad 2500 kryształów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

35. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. IV.63e:

Czy zapis: „ Głowica kompatybilna z echokardiografem opisanym w Załączniku nr 5” oznacza, że głowicę można podłączyć do aparatu nr 5 i będzie ona normalnie pracowała, czy też do jej poprawnego działania może być konieczny zakup dodatkowej opcji?

Odp.: Powyższy zapis oznacza, że głowica będzie normalnie pracowała, w zakresie możliwości diagnostycznych aparatu.

36. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. IV.77; pkt. V.57”

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparaty, w których pojemność wewnętrznego twardego dysku przeznaczona na archiwizację wynosi 160 GB, mając na względzie, że dane te można zgrywać na zewnętrzny dysk USB 1TB i do pamięci zewnętrznej stacji archiwizacyjnej będącej również przedmiotem oferty?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

37. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. IV.81; pkt. V.61:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparaty, które nie dodają automatycznie na nośniki zewnętrzne przeglądarki DICOM?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

38. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. IV.85a, c; pkt. V.66a, c:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu głowicę convex o zakresie częstotliwości 1,6-6,0 MHz, kompatybilną z aparatem nr V, ale posiadającą 192 kryształy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

39. Dotyczy załącznika nr 1, pkt. V.3:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z monitorem LCD o przekątnej 19”?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

40. Dotyczy załącznika nr 1, pkt.V. 13:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat o zakresie częstotliwości obrazowania 1-15 MHz mając na względzie, że maksymalna częstotliwość wymaganych głowic przy tym aparacie wynosi 12 MHz?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 2

Pytanie 1 Dotyczy: zadanie I pkt 70, Zadanie II pkt 65, Zadanie III pkt 85, Zadanie IV pkt 96, Zadanie V pkt 77.

„Integracja przedmiotu zamówienia z posiadanymi przez Zamawiającego systemami PACS I RIS firmy Pixel.” Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie sposobu integracji przedmiotu zamówienia z posiadanymi przez zamawiającego systemami PACS I RIS. Czy Zamawiający posiada i udostępni Oferentowi licencje przyłączeniowe, czy też oferent zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie zakupu licencji od wymienionego Dostawcy?

Odp.: Zamawiający posiada licencje podłączeniowe.

Pytanie 2 Dotyczy: Zał. nr 5 Projektu umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 Dotyczy: Rozdział V pkt. 1 ppkt. 1 b SIWZ

Czy Zamawiający za dostawę podobną uzna dostawę **ultrasonografów** o wartości co najmniej 1 900 000,00 zł brutto. Uzasadnienie: w wielu przypadkach używa się globalnego pojęcia ultrasonografu w doniesieniu także do echokardiografu.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 1 z ZESTAWU 1.

Pytanie 4 Dotyczy: Zał. nr 5 Projekt umowy par. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość liczenia kar umowych od niezrealizowanej części umowy z dostawą której Wykonawca będzie w zwłóce.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 5 Dotyczy Zał. nr 5 Projekt umowy par. 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 6 Dotyczy: Rozdziału IV SIWZ

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostaw częściowych przedmiotu zamówienia w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, jednak dostawa częściowa musi obejmować co najmniej jeden kompletny aparat.

Pytanie 7 Dotyczy: Zał. nr 5 Projekt umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie punktów: 1, 2, 3, 4, 5, 6 z par. 5 Projektu umowy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8 Dotyczy: Zał. nr 5 Projekt umowy § 5 ust. 7

Czy Zamawiający odstąpi od tego zapisu ze względu na fakt, iż w przypadku incydentu medycznego prawo reguluje sposób postępowania.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9 Dotyczy: Zał. nr 5 Projekt umowy § 6 pkt. 1

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający pozostawia sobie prawo do odstąpienia od całej umowy czy tylko części dotyczącej aparatury nie spełniającej wymogów Siwz.

Odp.: Zamawiający zmienia projekt umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) w części dot. odstąpienia od umowy.

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 5 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie 10 Dotyczy: Rozdział VI pkt. 4 ppkt. 4 SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że wymagane w ww. punkcie certyfikaty i świadectwa dotyczą tylko wyrobów medycznych.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 11 Dotyczy: Zał. nr 2 pkt. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na uzupełnienie formularza ofertowego o dodatkową pozycję dostawy, dotyczącą dostaw elementów zamówienia objętych stawką VAT 23%?

Uzasadnienie: Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%, natomiast wyroby medyczne objęte są stawką VAT obniżoną wynoszącą obecnie 8%. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia oprócz wyrobów medycznych także innych towarów które powinny być objęte stawką VAT 23%. Wobec powyższego formularz ofertowy wymaga uzupełnienia o dodatkową pozycję zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Odp. Zamawiający zmienia formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) poprzez wymóg wskazania przez Wykonawcę jedynie ceny całkowitej brutto.

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 2 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT?

Odp.: Zgodnie ze zmianą dokonaną w odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pytanie 12 Dotyczy: Załącznik nr 1, Lp. I, pkt 60 oraz Lp. II, pkt 54 oraz Lp. III, pkt 75 oraz Lp. IV, pkt 86 oraz Lp. V, pkt 68

- Czy Zamawiający posiada router lub inne urządzenie sieciowe pozwalające na ustanowienie połączenia IPSec Site to Site?

Odp.: Zamawiający posiada urządzenie sieciowe typu FIREWALL pozwalające na ustanowienie połączenia IPSec Site to Site.

- Czy Zamawiający posiada Publiczny adres IP do podłączenia routera, który dostarczyłby Wykonawca?

Odp.: Zamawiający posiada wewnętrzny nr IP.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę o uzupełnienie umowy paragrafem dotyczącym zabezpieczenia danych osobowych o treści?:

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu jej realizacji. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną, publiczną opublikowaną przez Zamawiającego.

2. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i faktów, z którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, a zwłaszcza dotyczących pacjentów szpitala.

3. Mając na uwadze fakt, że na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności serwisowanych urządzeń mogą znajdować się dane osobowe pacjentów, jak również mając na uwadze, że niektóre z wykonywanych w ramach umowy świadczeń uwarunkowane są koniecznością zapewnienia dostępu do przedmiotowych nośników i znajdujących się na nich informacji, w tym danych osobowych, Zamawiający upoważnia Wykonawcę, w tym osoby świadczące usługi w imieniu Wykonawcy, do przetwarzania, w razie zaistnienia takiej potrzeby, ww. danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania świadczeń objętych umową. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem ww. danych osobowych, w szczególności jest uprawniony do ich udostępniania. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczy je przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Powyższe czyni zadość przepisowi art. 31 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zaleca się by Zamawiający, każdorazowo przed przystąpieniem Wykonawcy do wykonywania jakiegokolwiek świadczenia objętego umową, wykonał kopię bezpieczeństwa danych zgromadzonych na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności serwisowanych urządzeń. Wykonawca nie odpowiada za utratę ww. danych podczas wykonywania świadczeń objętych umową, w tym za koszty odtworzenia utraconych danych, z zastrzeżeniem, że powyższe nie dotyczy sytuacji, w której utrata danych nastąpiła z winy Wykonawcy rozumianej, jako wina umyślna.

Odp: Zamawiający dodał zapisy dotyczące ochrony danych osobowych w § 9 umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 5 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie 13 Dotyczy Załącznik nr 1, Lp. I, pkt 64 oraz Lp. II, pkt 59 oraz Lp. III, pkt 79 oraz Lp. IV, pkt 90 oraz Lp. V, pkt 72

- Prosimy o potwierdzenie, że coroczny przegląd przez okres 6 lat obejmuje również okres gwarancji?

- Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania, zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje zawarcie Umowy Serwisowej dla przedmiotu zamówienia po upływie terminu gwarancyjnego w celu zapewnienia najwyższych standardów wykonywanych badań?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że okres 6 lat przeglądów dotyczy również okresu gwarancji. Zamawiający nie przewiduje na dzień dzisiejszy podpisania umowy serwisowej.

Pytanie 14 Dotyczy: Załącznik nr 1, Lp. I, pkt 65,66 oraz Lp. II, pkt 60,61 oraz Lp. III, pkt 80,81 oraz Lp. IV, pkt 91,92 oraz Lp. V, pkt 73,74

Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosimy o jednoznaczne dookreślenie, czy Zamawiający poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy o których stanowi ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.).

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, tzn. dni robocze rozumie jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 15 Dotyczy: Załącznik nr 1, Lp. I, pkt 69 oraz Lp. II, pkt 64 oraz Lp. III, pkt 84 oraz Lp. IV, pkt 95 oraz Lp. V, pkt 78

Prosimy Zamawiającego o podanie wymaganej ilości dni szkolenia.

Uzasadnienie:

Wcześniejsza informacja pozwoli Wykonawcy na lepsze przygotowanie procesu szkoleń oraz ich zoptymalizowanie pod kątem potrzeb Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że przygotowanie procesu szkolenia oraz jego optymalizacja należy do zadań Wykonawcy i nie powinno być ograniczone przez Zamawiającego.

Pytanie 16 Dotyczy: Załącznik nr 5 par 4 ust 12

Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosimy o zmianę warunków przedłużenia okresu gwarancji o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy wskazane w powołanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17 Dotyczy: Załącznik nr 5 par 4 ust 13

Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania, czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie zapisu żądania wymiany uszkodzonego sprzętu?

Mając na względzie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz racjonalność funkcjonowania i działanie dostarczanego wyrobu, nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia oczekiwanie wymiany całego aparatu na nowy po trzech interwencjach serwisowych, nieraz dotyczących niewiele znaczących elementów takich jak np: pedał ekspozycji, centrator laserowy, czy popychacze kabli. Dodać należy, że powszechnie stosowanym rozwiązaniem i uwzględniającym interes zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy jest ustalenie obowiązku wymiany podzespołu na nowy w przypadku jego uprzedniej 3-krotnej naprawy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

W oparciu o art. 12a ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert a tym samym termin ich otwarcia i wniesienia wadium w poniższy sposób:

- termin składania ofert – z 16.10.2015 r. do godz. 08:00 na 29.10.2015 r. do godziny 08:00,
- termin wniesienia wadium – z 16.10.2015 r. do godz. 08:00 na 29.10.2015 r. do godziny 08:00,
- otwarcie ofert – z 16.10.2015 r. o godz. 08:30 na 29.10.2015 r. o godzinie 8:30.

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

➤ rozdziale VIII SIWZ pkt. 1 otrzymuje brzmienie „Wykonawcy wnoszą wadium w terminie do dnia 29.10.2015 r. do godz. 08:00 w wysokości: 44 250,00 PLN”

➤ rozdziale XI SIWZ pkt. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Termin składania ofert:

1) Oferty należy składać do dnia 29.10.2015 r. do godz. 08:00.

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2015 r. o godz. 08:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 15 w budynku przy ul. Broniewskiego 2”

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
Małgorzata Usielska**