



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Szpital
bez bólu



Data 20.07.2017r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

dotyczy: zaproszenia do składania ofert znak: EZ/210/2909/2017 na dostawę sprzętu medycznego, aparatury, narzędzi chirurgicznych, wyposażenia tj. mebli niemedycejskich oraz gabloty informacyjnej w ramach projektu pn. „Wzrost jakości oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokolowskiego w Szczecinie Zdunowie w zakresie ratownictwa medycznego”.

Pytania Wykonawców:

Dotyczy zadania nr 8

Zestaw 1 poz. 4-5.

Poz. Nr 4 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 145 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. Nr 5 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 140 mm lub o dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 2 poz. 1-4, 7.

Poz. Nr 1 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 230 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. Nr 2 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 140 mm lub o dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokolowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94



Poz. Nr 3 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 170 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. Nr 4 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia z nacięciami krzyżowymi ale bez kanalika, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. Nr 7 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 150 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 3 poz. 1-2, 5,9,10.

Poz. Nr 1 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 250 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. Nr 2 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. szczęki 20 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. Nr 5 – Prosimy o wyjaśnienie czy narzędzie ma być proste czy zagięte oraz prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 110 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający miał na myśli narzędzie proste.

Poz. Nr 9 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 160 mm i wymiarach części roboczej 6,5x8 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. Nr 10 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 160 mm i wymiarach części roboczej 6,5x8 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy zadania nr 8

Zestaw 1 poz. 1-5.

Poz. Nr 1,2,3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki 140, lub 150mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. Nr 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki 140mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. Nr 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki 160mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zestaw 2 poz. 1-3, 7.

Poz. Nr 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, prowadnica 5/220mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. Nr 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, igłotrzymacz 160mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. Nr 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, igłotrzymacz 175mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. Nr 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pinceta 150mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 3 poz. 5,8,12.

Poz. Nr 5: Czy Zamawiający wymaga pincetę prosta czy zagiętą.

Odp.: Zamawiający miał na myśli narzędzie proste.

Poz. Nr 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, rozwieracz 135mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. Nr 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, uchwyt 120mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy zadania nr 4

1 zestaw pytań

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do podgrzewania płynów infuzyjnych wykorzystujące metodę grzania z ciepłą wodą krążącą w linii na całej długości do pacjenta? Rozwiązanie to pozwala na utrzymanie stałej temperatury w każdym miejscu linii pacjenta, dzięki czemu eliminujemy niebezpieczeństwo punktowego przegrzania płynów infuzyjnych i krwi ponieważ w proponowanym rozwiązaniu nie ma tzw. gorących punktów.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z opisem w ogłoszeniu.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do podgrzewania płynów infuzyjnych bez zintegrowanego uchwytu do przenoszenia, wyposażone natomiast w zintegrowany uchwyt za pomocą którego podgrzewacz może być zamocowany do pionowych stojaków bądź statywów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.



3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do podgrzewania płynów infuzyjnych wyposażone w wymiennik ciepła w postaci sterylnego trzyświatłowego przewodu przedłużającego o długości 210 cm wyposażonego w złącze luer, zacisk typu klips oraz wtyk do połączenia z urządzeniem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do podgrzewania płynów infuzyjnych, w którym domyślna temperatura po włączeniu urządzenia wynosi 41,9 st. C? Jest to temperatura stała, ustawiona fabrycznie, bezpieczna na płynów infuzyjnych, krwi i związków krwiozastępczych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z opisem w ogłoszeniu.

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do podgrzewania płynów infuzyjnych, w którym czas potrzebny do osiągnięcia temperatury 41,9 st.C wynosi od kilkunastu sekund do 7 minut w zależności od przerwy w użyciu?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z opisem w ogłoszeniu.

6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do podgrzewania płynów infuzyjnych o niewielkich rozmiarach: 241mm x 210 mm x 178mm, oraz wadze 3,6kg (bez płynu)?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z opisem w ogłoszeniu.

7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do podgrzewania płynów infuzyjnych wyposażony w alarm dźwiękowy oraz wizualny zbyt wysokiej temperatury (powyżej 43,1°C), po przekroczeniu której następuje automatyczne wyłączenie urządzenia, brak alarmu jeżeli temperatura spadnie poniżej 36,5°C?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z opisem w ogłoszeniu.

8. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do podgrzewania płynów infuzyjnych klasy 1, Typ BF, IPX1?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z opisem w ogłoszeniu.

2 zestaw pytań

1. System przepływowego ogrzewania płynów infuzyjnych S-line jest urządzeniem zawierającym aktywny dren grzewczy do podgrzewania drenu infuzyjnego oraz jednostkę kontrolującą.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Silikonowy płaszcz grzewczy ma za zadanie ogrzewać płyny toczone do pacjenta (płyny infuzyjne, produkty krwiopochodne lub płyny w czasie dializ) zapewnia komfort cieplny pacjenta.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga pod warunkiem, że silikonowy płaszcz grzewczy zapewnia „suche grzanie” bez udziału wody lub innych płynów

2. Wykonany z biokompatybilnego silikonu

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Gładka powierzchnia umożliwia łatwe czyszczenie dezynfekcję

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Całkowicie okrywa dren infuzyjny

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5. Zapewnia równomierny rozkład temperatury w drenie grzewczym

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



6. Długość drenu grzewczego 1,5 m

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

7. Dostosowany do drenów o grubości od 4-7mm

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

8. Nie wymaga materiałów jednorazowych

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

9. Stała temperatura pracy 39°C

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

10. Trzy niezależne czujniki temperatury

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

11. Posiada dźwiękowy i wizualny alarm przekroczenia temperatury

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

12. Ciągłe wyświetlanie bieżącej temperatury na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

13. Wskaźnik ogrzewania oraz awarii - Stan urządzenia sygnalizowany jest za pomocą wskazania wyświetlacza, pierścienia świetlnego i akustycznego nadajnika sygnałów

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

14. Niezależny układ zabezpieczający przed nadmierną temperaturą monitoruje temperaturę w rurce grzejnej. W przypadku wystąpienia zakłócenia obsługujący informowany jest o tym fakcie świecącym się na żółto pierścieniem świetlnym oraz za pomocą sygnału akustycznego. W przypadku wystąpienia usterki proces ogrzewania urządzenia zostanie przerwany.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

15. Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

16. Prosta obsługa

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

17. Zintegrowany uchwyt mocujący

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

18. Kabel zasilający o długości 3m, waga ok. 1,3kg

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy zadania nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści kołdry (zamiast koca) antyalergiczne w nowoczesnej technologii i spełniające pozostałe parametry?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji z 7 dnia na do 15 dni roboczych?
Nasze produkty pochodzą od producenta z Europy co znacznie wydłuża termin dostawy i często nie mamy na to wpływu.

Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt.5 Ogłoszenia termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni od dnia zawarcia umowy

Dotyczy zadania 7

1. W treści ogłoszenia napisane jest "do wykonania 4 gabloty ogłoszeniowe" natomiast nie rozumiem dlaczego w siedmiu wersjach?

Odp.: Zamawiający miał na myśli siedem wersji kolorystycznych, po wyłonieniu Wykonawcy dokona wyboru zgodnie z paletą kolorystyczną producenta dla czterech gablot informacyjnych.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Ekonomicznych
Małgorzata Szotkiewicz