



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Szpital
bez bólu



Data 31.07.2017r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

dotyczy: zaproszenia do składania ofert znak: EZ/210/2909/2017 na dostawę sprzętu medycznego, aparatury, narzędzi chirurgicznych, wyposażenia tj. mebli niemedycejskich oraz gabloty informacyjnej w ramach projektu pn. „Wzrost jakości oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie w zakresie ratownictwa medycznego”.

Pytania Wykonawców:

Dotyczy zadania nr 8

Zestaw 1 poz. 4.

Poz. Nr 4 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 140 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw 3 poz. 6

Poz. Nr 6 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o nazwie Sinskey, jednostronny, z haczykiem pozycjonującym soczewki o średnicy 0,2 mm lub 0,25 mm, Zaczyk zakrzywiony w części dystalnej na dł. 2 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. Nr 6 – Prosimy o wyłączenie tego narzędzia do osobnego Pakietu ze względu na to, że jest to produkt charakterystyczny dla 1 tylko dostawcy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza produkt równoważny w poz. Nr 6 pytanie jw. tym samym nie ma konieczności wydzielenia pozycji z pakietu nr 3.

Dotyczy zadania nr 1 poz. 3 Pulsoksymetr transportowy

1. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z 3,5 calowym wyświetlaczem LCD z podświetleniem LED?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



2. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z zakresem pomiaru saturacji 1-100?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z zakresem pomiaru tętna 20-250 ud./min?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z opisem w ogłoszeniu.

4. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr, który po każdorazowym włączeniu wykonuje autotest pracy głośnika, który ma na celu wykrycie uszkodzenia modułu dźwiękowego, zamiast jak zamawiający wymaga „alarmu uszkodzenia modułu dźwiękowego”? Funkcja autotestu sprawdza prawidłowe działanie głośnika i z powodzeniem wykrywa ewentualne nieprawidłowości modułu dźwięku.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o temperaturze pracy od 5 stopni C do 40 stopni C?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z opisem w ogłoszeniu.

6. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o temperaturze przechowywania od -20 stopni C do 70 stopni C?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

7. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o wilgotności podczas pracy od 15% do 95% bez skraplania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

8. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr zabezpieczony pokrowcem ochronnym, chroniącym przed upadkiem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

9. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z czterema bateriami litowymi o pojemności 3000 mAh umożliwiającymi monitorowanie pacjenta przez 20 godzin bez nawiązywania łączności zewnętrznej, bez emisji alarmów dźwiękowych i przy temperaturze otoczenia wynoszącej 25°C.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

10. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych tj. szerokość 70 mm x wysokość 156 mm x głębokość 32 mm?


Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

11. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o 27 gram cięższy od wymaganego tj. o wadze 274g.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

12. Czy Zamawiający; mając na celu zwiększenie konkurencyjności, wyrazi zgodę na wydzielenie poz.3 z pakietu I, by umożliwić składanie ofert większej liczbie Oferentów?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.


Zamawiający
Główny Wykonawca
Zakład Usług i Usług Specjalistycznych
Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie